

2026年3月

医療関係者 各位

ユーシービージャパン株式会社

シムジア[®]皮下注200mg オートクリックス[®] 使用後の取り扱いに関するお願い

謹啓

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ユーシービージャパン株式会社が製造販売をしております「シムジア[®]皮下注200mgオートクリックス[®]」において、注射後に針が完全に格納されない不具合（1.4ミリ程度露出）を確認いたしました。

注射後、針が完全に格納されない不具合が確認された場合は、針に触れたり、再度キャップをしたりせず、針が露出しないよう容器（ふた付の耐穿刺容器等）に入れ医療機関に持参するよう患者さんやご家族のみなさまにお伝えください。

本不具合の原因は特定されており、是正措置はすでに実施済みです。対策済みの製品の安定確保ができ次第切り替えを行う予定です。

医療関係者ならびに患者さんやご家族のみなさまには多大なるご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。よろしくお願ひ申し上げます。

謹白

■お問い合わせ先

ユーシービーケアーズ コンタクトセンター

TEL：0120-093-189

（受付時間 9:00～17:30、土日祝日および当社休業日を除く）

以下のGS1バーコードを専用アプリ「添文ナビ」で読み取ることにより、PMDAホームページに掲載の電子化された添付文書をご覧いただけます。

シムジア皮下注200mgシリンジ・オートクリックス



(01)14987233110214

2026年3月

ユーシービージャパン株式会社

シムジア皮下注 200mg オートクリックス使用後の取り扱いに関するお願い

対象ロットのお知らせ

ロット番号	使用期限
408312	2026/3/31
412145	2026/4/30
414584	2026/4/30
417733	2026/4/30
417993	2026/9/30
418316	2026/6/30
420703	2026/6/30
421646	2026/6/30
423700	2026/6/30
423710	2026/6/30
423729	2026/9/30
426473	2026/10/31
427573	2026/10/31
429193	2026/10/31
430286	2027/3/31
433700	2027/3/31
434293	2027/5/31
434294	2027/5/31
436939	2027/5/31
437429	2027/6/30

■お問い合わせ先

ユーシービージャパン株式会社

ユーシービーケアーズ コンタクトセンター TEL：0120-093-189

(受付時間 9：00～17：30、土日祝日および当社休業日を除く)

以上